

移动影像后处理工作站主要参数一览表

序 号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求
1	数据服务器	
*1.1	硬件防火墙功能	具备
1.2	提供设备兼容性工具	具备
1.3	兼容 DICOM 标准设备传输功能	具备
1.4	提供自动获取设备数据功能	具备
*1.5	提供双网卡，内外网隔离，方便安全	具备
1.6	处理器	英特尔芯片
1.7	内存	≥4G
1.8	硬盘	固态硬盘，≥120G
1.9	网卡	双网卡
1.10	操作系统	Windows 7 或以上
2	移动诊断后处理工作站	
*2.1	竖屏	
2.1.1	屏幕尺寸	≥12.3 英寸
*2.1.2	像素分辨率	≥5 MP
2.1.3	医疗影像标准	符合 DICOM 3.0 标准
*2.1.4	提供支架	
2.1.5	灰阶线性校正	具备
2.2	书写工作站	
2.2.1	CPU 系列	英特尔 酷睿 i 系列
2.2.2	内存	≥4G
2.2.3	屏幕尺寸	≥12.3 英寸
*2.2.4	屏幕分辨率	2K 高分屏（2726*1824）
2.2.5	显卡	独显
3	云计算端服务方案	
3.1	远程诊断解决方案	
*3.1.1	接入不限制 DICOM 设备型号及品牌	具备
3.1.2	提供远程诊断、影像设备互联互通	具备
*3.1.3	提供云端后处理功能	具备
3.2	影像数据统计平台	
*3.2.1	提供设备使用效率大数据分析	具备
*3.2.2	提供自动获取放射剂量值，统计报告	具备
3.3	提供移动客户端云服务	
3.3.1	提供自动生成个人二维码	具备
3.3.2	提供云报告随时查看	具备
3.3.3	提供云胶片无损浏览	具备